

Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO – Área: BIOLOGIA – Nível D

QUESTÃO 21

Resposta ao recurso: QUESTÃO ANULADA

Justificativa: No comando da questão, deveria ser uma solução de 5 mol/L, e não 10 mol/L. A alternativa correta seria então letra D.

QUESTÃO 22

Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARITO

Justificativa: O contexto deixa claro que os valores referem-se à molaridade.

QUESTÃO 24

Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARITO

Justificativa: A resposta proposta pelo recurso (C) utiliza elermeyer para preparo da solução em questão. Esse tipo de vidraria tem limitações para uso no preparo de soluções, pois indica apenas o volume aproximado, e não o volume exato.

QUESTÃO 25

Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARITO

Justificativa: O termo luva de borracha se refere normalmente às luvas de borracha butílica, que seguem o procedimento da questão. Outros tipos de material – látex, neopreno, etc recebem outras denominações.

QUESTÃO 26

Resposta ao Recurso: QUESTÃO ANULADA

Justificativa: Não há alternativa com a combinação correta.

QUESTÃO 28

Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARITO

Justificativa: na alternativa correta não e afirma que os objetos perfuro-cortantes vão ser colocados em saco plástico. A alternativa diz que o recipiente contendo os objetos perfuro-cortantes são jogados em sacos plásticos.

QUESTÃO 31

Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARITO

Justificativa: Em laboratórios com Nível de Contenção NB2, não é exigido o treinamento dos técnicos. Para esse tipo de laboratório, não é caráter obrigatório o treinamento, apesar de ser desejado que os técnicos conheçam as normas.

QUESTÃO 34

Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARITO

Justificativa: ao padronizar todas as ações para que diferentes técnicos possam compreender e executar, da mesma maneira, uma determinada tarefa, o POP garante serviços ou produtos aos usuários, em qualquer nível. A elaboração de POPs faz parte da boa conduta de qualquer laboratório de qualidade, sendo inclusive importante para que se consiga a acreditação dos mesmos.

QUESTÃO 37

Resposta ao Recurso: QUESTÃO ANULADA

Justificativa: Na alternativa (E) que seria correta, não deveria constar a frase abaixar a platina". Esta frase faz com que a alternativa E seja errada também.

QUESTÃO 38

Resposta ao Recurso: QUESTÃO ANULADA

Justificativa: Conteúdo da questão não consta no programa do edital do concurso.

QUESTÃO 39

Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARITO

Justificativa: A questão está clara. O conteúdo entre parênteses reforça os objetos aos quais o termo AMBOS se refere.

QUESTÃO 40

Resposta ao Recurso: RETIFICAÇÃO DO GABARITO

Mediante análise dos recursos, indica-se a **alteração do gabarito para a alternativa C.**

QUESTÃO 47

Resposta ao Recurso: QUESTÃO ANULADA

Justificativa: Na alternativa correta (A) deveria estar "a ser amplificada DA fita do DNA" ao invés de ser amplificada em cada fita do DNA"

QUESTÃO 49

Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARITO

Justificativa: Na Resposta D, afirma-se que a colchicina deve ser adicionada após 24 horas de cultura. Está errado: a colchicina deve ser adicionada 1 hora antes de se completar o 2^o. ou o 3^o. ciclo (ou seja, se cada ciclo tem em torno de 24 horas, a colchicina deveria ser adicionada ao se completarem 47 horas, ou ao se completarem 71 horas). Se adicionada após completar o ciclo (24, 48 ou 72), a maioria das células estará em interfase.