

Cargo: TÉCNICO EM RADIOLOGIA – Nível D

QUESTÃO 30

RESPOSTA AO RECURSO: O GABARITO É MANTIDO COMO ALTERNATIVA (A)

Conforme prescreve Bushong, em **Ciências radiológicas para tecnólogos**: física, biologia e proteção. 9ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. pg 417, a Radiografia Computadorizada utiliza como receptor da imagem latente as chamadas placas de armazenamento em fósforo, introduzidas em cassetes semelhantes aos de radiografia convencional (chassi-filme), já a Radiografia digital utiliza os receptores chamados de *flat panel*, a base de iodeto de césio ou selênio amorfo, formando microcircuitos receptores diretamente integrados ao equipamento radiológico, sem fazer uso de cassetes.

QUESTÃO 45

RESPOSTA AO RECURSO: QUESTÃO ANULADA

Após revisão ponderada do contexto questionado neste recurso, no que se refere a classificação da contraindicação da gravidez no primeiro trimestre, a banca resolve ponderar pela **anulação** da questão, haja vista após consulta a literaturas especializadas, ser considerada como classificação relativa, ao invés de absoluta, pois poderá a grávida ser submetida ao exame de ressonância magnética, em alguns casos como lesões cerebrais ou medulares maternas; pacientes oncológicas; pacientes com doenças aguda torácica, abdominal ou pélvica sem diagnóstico pelo USG; casos específicos de anomalia fetal ou desordens fetais complexas.